

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта нормативного правового акта

Проект постановления Министерства здравоохранения «Об изменении постановления Министерства здравоохранения от 26 мая 2008 г. № 97 «О внесении изменений и дополнений в санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003»

Структурный элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
		Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
В целом по проекту	<p>Утверждение данного проекта постановления нарушает конституционные права граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • снижение качества и доступности медицинских услуг (40 комментариев); • часть шестая статьи 104 Конституции Республики Беларусь (2 комментария); 	<p>Не учтено. Не является предметом правового регулирования проекта постановления. Данное постановление не имеет обратной силы.</p>	
Пункт 137	<p>Дентальные рентгеновские аппараты (далее - дентальные аппараты), в том числе ортопантомографы, аппараты панорамной рентгенографии разрешается размещать только в рентгеновском отделении (кабинете) организации здравоохранения, расположенной в отдельно стоящем здании, общественном здании, пристройке к жилому дому, а также во встроенно-пристроенном помещении жилого здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются квартирами, не выведенными из жилого фонда.</p> <p>Обоснование: Данные изменения защитят детей находящихся в помещениях смежных квартир.</p>	<p>Не учтено. Указанный вопрос регламентируется законодательством в области архитектуры и строительства.</p>	

	<p>2 абзац изложить в следующей редакции «Дентальные аппараты, работающие с радиовизиографом и ортопантомографы, работающие с цифровым приемником рентгеновского изображения, рабочая нагрузка которых не превышает 40 (мА х мин.)/нед., могут располагаться в рентгеновском кабинете организации здравоохранения, а также в общественных и административных зданиях. Привести в соответствие с изменениями законодательства действующие рентгеновские кабинеты и рентгеновские аппараты.»</p>	<p>Не учтено. Данное постановление не имеет обратной силы.</p>	
--	--	--	--